

EG-Konformitätserklärung

Hersteller: Suchy Messtechnik
Garnsdorfer Hauptstraße 116
D-09244 Lichtenau / Garnsdorf

Rohrfedermanometer Typ MR-10 63 und MR-14 63
Messbereiche von 0...250 bar bis 0...400 bar
Nach Datenblatt M 110

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese, mit den CE-Kennzeichen gekennzeichneten Druckmessgeräte die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 97 / 23 / EG erfüllen.

Auf Grund des Konformitätsbewertungsverfahrens wurden diese Druckmessgeräte in die Kategorie I eingestuft und nach dem Modul A bewertet.

Lichtenau, den 30.04.2003



Frank Suchy

Geschäftsinhaber
Suchy Messtechnik